Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Odp.3

Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: POIS.09.01.00-00-0012/16/DZP-271-1/17/UE **Brzesko 07.02.2017. r**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „ Urządzeń medycznych", ogłoszonego w DUUE nr: 2017/S 003-003945, BZP 1559-2017.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1 – Zadanie nr:16 -1 Videolaryngoskop
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu nr 16-1 Videolaryngoskopu renomowanej światowej marki McGrath MAC firmy Medtronic o poniższych parametrach.
Parametry techniczne:
- Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2.,5"
-Wyświatlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji 45 stopni
-Kamera CMOS
-Źródło światła: LED
-Wyświetlany wskaźnik pozostałego czasu działania baterii
-Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.
-Migający wskaźnik wyczerpania baterii wskazujący na konieczność jej wymiany
-Waga urządzenia 200 g
-Ochrona przed wnikaniem wody IPx7
-Dostepne łyżki sterylne jednorazowego użytku 2,3,4- wraz z urzadzeniem zostanie dostarczonych po 50 sztuk łyżek w rozmiarze 3 i 4
-Dostepne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach, rozmiar 3- wraz z urządzeniem zostanie dostarczonych 10 sztuk łyżek do trudnej i bardzo trudnej intubacji w rozmiarze 3.
Odp: Zamawiający pozostawia wymagania określone w SIWZ bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku
.....
Krystyna Nowak

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko

tel. (14) 66 21 000
tel. (14) 66 21 145
e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
www.spzoz-brzesko.pl