

Odp.nr 2**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu****Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę : Systemów diagnostycznych .
DUUE nr 2017/S-381720, z dnia 28.09.201**

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dotyczy Zadania nr 3

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o elektrody bezobsługowe wymieniane niezależnie od siebie w miarę zużycia o żywotności przynajmniej 12 miesięcy? Takie rozwiązanie zmniejsza ilość czynności obsługowych do minimum.

Odp.TAK wymaga.

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać badania kontrolne?

Odp. Na dwóch poziomach

Dotyczy Zadania nr 4b

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora komunikującego się z operatorem w języku polskim?

Odp.TAK

4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w modul odczynnikowy chłodzony do 15° C?

Odp.TAK

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać badania kontrolne?

Odp. Na dwóch poziomach

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. 3 parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

6. Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg " odczynniki gotowe do użycia" Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania, przelewania czy łączenia składników ?

Odp.TAK

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. 6 parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

7. Czy przez pojęcie "elektrody bezobsługowe" Zamawiający wymaga zastosowania elektrod (Na, K, Cl, Ref) nie wymagających uzupełniania płynów lub wymiany membran?

Odp.TAK

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. 8 parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o całkowitej wydajności z ISE do 400 oznaczeń/godzinę, przy czym wydajność samego modułu ISE wynosi do 60 ozn./ godz.?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. 14b parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

9. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora z wydzielonym, chłodzonym miejscem na odczynniki, kalibratory i kontrole, natomiast miejsca próbkowe znajdują się w oddzielnej niechłodzonej części?

Odp.TAK

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. 25 parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

10. Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy ww wymóg?

Pytanie omyłkowo wpisano .

Dotyczy Zadania nr 1b, poz. 14 i poz. 32 tabeli odczynnikowej, Załącznik nr 1:

11. Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaistniała pomyłka i czy w obu wymienionych pozycjach należy zaferować odczynnik do oznaczania kinazy kreatynowej CK-MB, sumując ilość oznaczeń (poz. 14 - 3 500 ozn. plus poz. 32 - 2 600 ozn. razem 6 100 ozn.)?

Odp. CK-MB 3500, CK 2600.

Dotyczy Zadania nr 5, pkt. 7 parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

12. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaferowania pasków testowych z czułością pola białka 12-18 mg/dl, a dla glukozy 30-40 mg/dl?

Odp.TAK

Dotyczy Zadania nr 5, pkt. 8 parametrów granicznych, Załącznik nr 1:

13. Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem autokalibracji, Zamawiający wymaga wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych (przykładowy wydruk dołączony do oferty)?

Odp. Zamawiający wymaga.

Załącznik nr 5 -umowa (wzór)

14. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „od daty jej otrzymania” na „od daty jej wystawienia”?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Par. 6 ust. 9 Prosimy o usunięcie par. 6 ust. 9. W razie braku zgody na powyższe prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: „Nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie w zapłacie wynosi ponad 60 dni”.

Odp .Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

16. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Par. 10 ust. 1 pkt 1)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

18. Par. 10 ust. 1 pkt 2) i 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Kary umowne dotyczą wyłącznie niesolidnych Wykonawców.

Załącznik nr 5a -umowa dzierżawy

20.Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „użyczenia” na „wydzierżawienia”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

21. Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „na swój koszt” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

22. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu obowiązywania umowy rozpoczynającym się od dnia zawarcia umowy w ramach postępowania a nie od dnia 1 września 2017 r.?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

23. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „Użyczającemu” na „Wydzierżawiającemu”, gdyż przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa urządzeń?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

24. Par. 14 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę

na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 - Wzór umowy, Dotyczy Pakietu nr 6:

§3 ust. 1: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

"Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy".

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

26. §6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni licząc od daty wystawienia faktury za dostarczony towar?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Wykonawca wskazuje, iż nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przenoszone na Klientów przedsiębiorcy, wśród których jest również Zamawiający. Z uwagi na przyjętą praktykę regulowania faktur w terminie

2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się jedynie z ważnych powodów.

27. §6 ust. 9: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: "za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty".

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

28. §8: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całej wartości umowy lub zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: "przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%".

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

29. §10 ust. 1 ppkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 20% na 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

30. §10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: "Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy".

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

31. §10 ust. 3: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe "potrącenie" może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:

"W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę".

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

32. §17: Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

1. ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 2. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 3. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 4. zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 5. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
1. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
 2. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.
- Odp.Zamawiający wyraża zgodę.**

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Bzesku

Krystyna Nowak