

Brzesko dnia 04.12.2017r.

Odp.nr 5

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych –farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała. Numer sprawy: DUUE nr 429118-2017


Dotyczy: Część nr 30 poz. Nr 2

Zamawiający w formularzu (załącznik nr 1 do SIWZ) w szczegółowym opisie produktu zawarł iż, „Jednorazowego użytku, półautomatyczny system biopsji 18G 250 mm winien być wyposażony w Mechanizm zabezpieczający - brak możliwości nieumyślnego użycia systemu” czy w zaistniałej sytuacji dotyczy (odpowiedzi z dnia 10.11.2017 r powyższego zadania) ten parametr w prośbie o dopuszczenie z opisu został usunięty i dopuszczone zostało urządzenie bez takiego mechanizmu?

Czy Zamawiający zatem nie wymaga takiego zabezpieczenia w jednorazowego użytku, półautomatyczny system biopsji, i nie jest to jeden z ważniejszych elementów spełniających wymogi użytkowania (zgodnie ze szczegółowym opisem urządzenia)?

Takie zabezpieczenie w pełni chroni pacjenta przed przypadkowym użyciem urządzenia, co w znacznym stopniu poprawia komfort pracy lekarza.

Odp. Jednorazowego użytku, półautomatyczny system biopsji 18G 250 mm, należy zaoferować jak w opisie SIWZ- dotyczy zadania nr 30 ,poz.nr 2

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak