

Odp.nr 3

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę : Systemów diagnostycznych .**

DUUE nr 2017/S-381720, z dnia 28.09.201

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1. Dotyczy zad.1 b

Czy Zamawiający dopuszcza analizator biochemiczny z 2015 rok?

Odp. TAK

2. Dotyczy zadania nr 3

2. Tabela 1-podana jest ilość sztuk poszczególnych pozycji, a następnie w tabeli nr 3 podana jest inna ilość, oraz inna pojemność kapilar. Czy wymienione w tabeli Nr 1 i tabeli nr 3 pozycje mamy zaoferować zgodnie z ilościami w tabeli 1 czy tabeli 3

Odp. Tabela nr 3 została pomyłkowo wypełniona ,w tabeli tej należy wpisać pozostałe materiały eksploatacyjne w ofercie należy wycenić zgodnie z tabela nr 1 z tym że w pozycji 5 –Wylawiacz skrzepów należy wycenić szt. A nie opakowania.

3. W nagłówku tabeli 3 Zamawiający oczekuje ceny za 1 opakowanie ,zaś podana jest ilość sztuk. Prosimy zmianę, ilości na ilość opakowań lub zmiany nagłówka na Cena netto za 1 opak./szt.

Odp. Tabela nr 3 została pomyłkowo wypełniona ,w tabeli tej należy wpisać pozostałe materiały eksploatacyjne w ofercie należy wycenić zgodnie z tabela nr 1 z tym że w pozycji 5 –Wylawiacz skrzepów należy wycenić szt. a nie opakowania.

4. Dotyczy zadania nr 1 i 2.

Czy Zamawiający wymaga kontroli Randox?. Jeśli Tak Prosimy o podanie cykli.

Odp. Kontrola Randox ma być do wszystkich pakietów.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak