

DZP-271-4-U/2017

Brzesko dnia 10.09.2017r.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 BRZESKO
ul. Kościuszki 85. tel. 014 66 21 100
NIP 869-16-63-453 REGON 000304355

Odp.nr 1

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę : Systemów diagnostycznych .
DUUE nr 2017/S-381720, z dnia 28.09.2017**


1. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych używanych: analizator 3 diff posiadający rok produkcji 2015, analizator 5 diff posiadający rok produkcji 2011?

Odp.Zamawiający dopuszcza .

2. Tabela: analizator hematologiczny 5 DIFF, pkt 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff posiadającego następujące liniowości dla wybranych parametrów – dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia: WBC do 400000/ul, RBC do 8 mln/ ul, PLT do 5 mln/ul, HGB do 25 g/dl?.

Odp.Zamawiający dopuszcza .

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak