DZP-271-33/22 Brzesko dnia 10.06.2022 r.

Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postepowaniu

Odp.nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **„Wyposażenia poradni oraz oddziałów szpitalnych"** tryb udzielania zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z póź.zm.), wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, **ogłoszonego w BZP pod numerem: 2022/BZP 00195539/01 z dnia 06.06.2022.r.**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, informuję:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni.
   Odp. Zamawiający pozostawia wymgania SWZ bez zmian.

2. **Określić jednoznacznie kolorystykę wyrobów w częściach: 2, 5 i 6.**
   Zadanie nr 2-taboret obrotowy- kolor pistacjowy
   Zadanie nr 5-fotel zabiegowy -kolor pistacjowy
   Zadanie nr 6-ławki -kolor jasny popiel
   Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego , na etapie jej realizacji dostarczy wzornik kolorów.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
   1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczać kary umowne:

   1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 3 ust. 1;
   2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto **opóźnionej części dostawy** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy**
   3) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z pozostałych zobowiązań wynikających z § 6 w wysokości 0,5% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy** określonej w § 3 ust. 1 za każdy przypadek.

   Odp. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
   Odp. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

5. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
   Odp. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

   Zadanie nr 4 – Lampa zabiegowa – szt. 6

6. (Dot. pkt. 6), Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która posiada średnicę pola operacyjnego równą 230mm? Oferowany parametr jest znacznie lepszy od wymaganego.
   Odp. Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

7. (Dot. pkt. 7,8), Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu światła równym 30 000 lux w odległości 1m?.
Odp. Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

8. (Dot. pkt. 11), Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w statyw z regulacją wysokości w zakresie 1450-1950mm? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego.
Odp. Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

9. (Dot. pkt. 12), Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w ramię typu „gęsia szyja" o długości 450 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. *Zadanie 1* Stojak do kroplówki –sztuk 50
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stojaka z podstawą jezdną wykonaną z materiału- chromowa stal, wymiar podstawy: 635 mm, kółka: pięć kółek Ø 50 mm w tym dwa blokowane, niepozostawiające śladów.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku
mgr Elżbieta Gasińska-Batko