

Odp.2

Znak sprawy: DZP-271-2/2023

Brzesko 13.02.2023r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00086149 z dnia 08.02.2023 r. na dostawę „**Wyrobów diagnostycznych**”.

W odpowiedzi na otrzymane pytania informuję:

Pytanie nr:1 Zadanie nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania oporności na antybiotyki istotnych klinicznie beztlenowych bakterii Gram- ujemnych i Gram – dodatnich czy tylko z grupy *B.fragilis*?

Odp: Zamawiający wymaga testu dla wszystkich beztlenowców.

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

.....*Krzysztof Nowak*.....