

Odp.1

Znak sprawy: DZP-271-4/2023

Brzesko 16.02.2023r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00091701 z dnia 08.02.2023 r. na dostawę „**Urządzeń do badań urologicznych**”.

W odpowiedzi na otrzymane pytania informuję:

Pytanie nr:1 Pytania dot. II Cystoskop 22 Fr Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cystoskop o rozmiarze 21 Fr?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:2 Pytania dot. III Diatermia chirurgiczna do zabiegów monopolarnych i bipolarnych Poz. 4

Czy Zamawiający, ze względów bezpieczeństwa, dopuści aparat posiadający funkcję autostop tylko w trybach ligacji (zamykania naczyń)?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:3 Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści diatermię obsługiwaną poprzez ekran dotykowy PCT o przekątnej 3,5” oraz 4 wyświetlacze LCD obrazujące nastawy mocy i efektów?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:4 Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści przewód elektrody neutralnej o dł. 450 cm, do zastosowania z elektrodą neutralną jednorazową?

Odp: Dopuszcza

Pytanie nr:5 Pytania dot. VIII Ureterorenoskop typ kompaktowy Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści URS o dł od 42,5 do 45 cm i kanale roboczym 5,8 Fr?

Odp: Dopuszcza

Pytanie nr:6 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści port bez szybkozłącza?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:7 Pytania dot. IX Zestaw mini PCNL Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kanał optyki nefroskopowej o rozmiarze 7 Fr?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:8 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar płaszczka 15 Fr?

Odp: Dopuszcza.

Pytanie nr:9 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar płaszczka 16,5 Fr?

Odp: Dopuszcza.

Pytanie nr:10 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar płaszczka 21 Fr?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:11 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kosz siatkowy z drutu o śr. 1 mm. oczka 4x4mm z silikonowym unieruchomieniem o wymiarach 640x150x77mm z koszykiem na drobne elementy?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:12 Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kosz siatkowy z drutu o śr. 1 mm. oczka 4x4mm z silikonowym unieruchomieniem o wymiarach 640x150x77mm z koszykiem na drobne elementy?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

.....

Zamawiający