

Odp.1

Znak sprawy: DZP-271-2/2023

Brzesko 13.02.2023r.

**Wykonawcy wszyscy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00086149 z dnia 08.02.2023 r. na dostawę „**Wyrobów diagnostycznych**”.

W odpowiedzi na otrzymane pytania informuję:

**Pytanie nr:1 Zadanie nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości analitycznej dla Norowirusa grupa genowa GI.1 1,5 ng/ml i dla Norowirusa grupa genowa GII.4 0,1 ng/ml?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr:2 Zadanie nr 8, poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu, który w zestawie zawiera dwie wymazówki kontrolne A+/B- i A-/B+?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr:3 Zadanie nr 8, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego antygen Yersina enterocolitica O:3?

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr:4 Zadanie nr 8, poz. 10**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu, który w zestawie zawiera wymazówkę z kontrolą pozytywną RSV?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr:5 Zadanie nr:8**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 szybki test immunochromatograficzny do oznaczania Campylobacter sp. w kale?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w Załączniku do SWZ.**

**Pytanie nr:6 Zadanie nr:8**


Czy Zamawiający w Pozycji 7 dopuści testy do wykrywania Yersinia enterocolitica O:3 i O:9 na oddzielnych kasetkach ( odrębne zestawy testowe) ?

**Odp: Tak.**

**Pytanie nr:7 Zadanie nr:8**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 testy w innych opakowaniach zbiorczych 25 szt?

**Odp: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.**

.....  
Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Brzesku  
  
Krystyna Nowak