

Odp 1

DZP-271-9/23

Brzesko 13.03.2023 r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00125137 z dnia 08.03.2023 r. na dostawę „Urządzeń do badań urologicznych”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających zawartość protein poniżej $<91\mu\text{g/g}$ potwierdzone karta katalogową. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających lepszy poziom AQL = 0,65, zawartość protein $\leq 30\mu\text{g/g}$ potwierdzone karta katalogową. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 1 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice zewnętrznie silikonowane (bez chloru). Zawartość protein $\leq 30\mu\text{g/g}$, typowa grubość na palcu $0,33\text{m} \pm 0,03\text{mm}$. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 2 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, lateksowych o anatomicznym kształcie, bezpydrowe, mankiet rolowany, długość rękawicy minimum 260 mm, siła zrywu przed starzeniem 12N, AQL 0,65. Zakwalifikowane jako wyrób medyczny klasy IIa (Dyrektywa Rady 93/42/EWG). Rozmiar: 6,0 – 9,0?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 2 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych i ochronnych, lateksowych, bezpydrowych, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor jasnożółty, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. długość min. 240mm, siła zrywu przed starzeniem 7N, poziom protein lateksu $<50\mu\text{g/g}$, AQL =1.5

Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodnie ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 3 substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Odp: Zamawiający pozostawia wymagani SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 2 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych do zastosowania w procedurze wysokiego ryzyka i ratownictwa medycznego o grubości na palcu 0,36mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 7 do wzoru umowy

1) Wnosimy o wykreślenie postanowienia § 6 ust. 8 projektu umowy, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania realizacji dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości płatniczych. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczuk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnień.

2) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 pkt1) projektu umowy poprzez obniżenie kary umownej nim przewidzianej do wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy brutto. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surrogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

3) Wnosimy o dodanie nowego postanowienia w § 10 ust. 3 o treści: W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) (zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia), cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym od swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejsze zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

4) Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych.

Odp: dotyczy 1) ÷ 4) Zamawiający pozostawia wymagani SWZ bez zmian.

Pytanie nr:8 Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z AQL = 1,0, oraz o zawartości protein $\leq 89 \mu\text{g/g}$?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:9 Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein $\leq 66 \mu\text{g/g}$?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagani SWZ bez zmian.

Pytanie nr:10 Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein $\leq 10 \mu\text{g/g}$?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:11 Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, o długości min. 283-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu $0,33\text{mm} \pm 0,01$?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:12 Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'40 par, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 100 op. a'40 par?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:13 Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o wartości AQL = 1,5?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku
Krystyna Nowak