

Odp-1

DZP-271-14/23

**Wykonawcy wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00182401 z dnia 19.04.2023 r. na dostawę „**Urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych, wyrobów ortopedycznych, środków dezynfekcyjnych**”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr:1**

**Zadanie 1 Zestaw napędów ortopedycznych**

**Pkt 1, podpunkt 1) i 2)**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wiertarkę dwuprzyciskową z funkcją oscylacji o parametrach:

- zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi 0-1200 obr/min
- zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania 0-270 obr/min

**Odp: Tak, Zamawiający dopuści.**

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
Krystyna Nowak