

Odp-1

DZP-271-11/23

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00153863 z dnia 28.03.2023 r. na dostawę „**Materiałów opatrunkowych**”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

Pytanie nr:1

Zadanie 1, pozycja 8-10 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu „krzyżak”?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:2

Zadanie 1, pozycja 8-10 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie namaczania około 5s?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:3

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców i opatrunków pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym we wszystkich pozycjach, gdzie wymagany jest klej kauczukowy?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:4

Zadanie 2, pozycja 4 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców na rolce?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:5

Zadanie 2, pozycja 5 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pokrytych klejem naniesionym metodą ciągłą, a nie paskami?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:6

Zadanie 2, pozycja 17-20 – Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie rękawa o długości 10m w stanie spoczynku, 25 m w stanie rozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp: Rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr:7

Zadanie 2, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?



Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:8

Pakiet 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści: Maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny ($25 \text{ g/m}^2 + 25 \text{ g/m}^2 + 25 \text{ g/m}^2$), wymiary maski $17,5 \text{ cm} \times 9,5 \text{ cm}$. Długość gumek $2 \times 16,5 \text{ cm}$. Długość sztywnika do formowania maski na nosie $10,5 \text{ cm}$. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe $34,67 \text{ Pa/cm}^2$, czystość mikrobiologiczna $1,11 \text{ cfu/g}$?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:9

Pakiet 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw dla noworodków zapakowany w rękaw papierowo-foliowy przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:10

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru kompresów po rozłożeniu $\pm 1,5 \text{ cm}$?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:11

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o czasie tonięcia < 10 sekund?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:12

Zadanie 5, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu $31 \text{ cm} \times 37 \text{ cm}$?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:13

Zadanie 5, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu $34,5 \text{ cm} \times 38,5 \text{ cm}$?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:14

Zadanie 5, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu $38 \text{ cm} \times 62 \text{ cm}$?

Odp: Tak, dopuści.

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Krystyna Nowak