

**Wykonawcy wszyscy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00158982 z dnia 31.03.2023 r. na dostawę „**Obłóżek operacyjnych**”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr: 1**

**Pakiet 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o parametrach i składzie:

1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm, wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m<sup>2</sup>

1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm

4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 2**

**Pakiet 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na przewody o wymiarach 16 x 200 cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 3**

**Pakiet 3, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 4**

**Pakiet 3, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG o wymiarach 100 x 220 cm, z elastyczną gumką na głowicę i taśmami lepnyymi?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 5**

**Pakiet 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 30 x 40 cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 6**

**Pakiet 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp: Nie, należy wycenić sztuki, Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4 miejsca po przecinku.**

**Pytanie nr: 7**

**Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z 3 warstwowego laminatu (włóknina + folia + włóknina), o łącznej gramaturze 75g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 180 cm H<sub>2</sub>O?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 8**

**Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, i odporności na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 9**

**Pakiet 4, pozycja 5-10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, chłonności 600% i o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 10**

**Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120 cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 11**

**Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 12**

**Pakiet 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 13**

**Pakiet 4, pozycja 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 14**

**Pakiet 4, Pozycja 11** - Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia pojemnika.

**Odp: Pojemnik przeznaczony do różnych czynności podczas wykonywanych zabiegów.**

**Pytanie nr: 15**

**Pakiet 4, Pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika niejałowego bez podziałki z możliwością sterylizacji w autoklawie?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 16**

**Pakiet 4, Pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika o pojemności 400ml?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 17**

**Pakiet 4, pozycja 12** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp: Nie, należy wycenić sztuki, Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4 miejsca po przecinku.**

**Pytanie nr: 18**

**Pakiet 4, pozycja 13-16** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp: Nie, należy wycenić sztuki, Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4 miejsca po przecinku.**

**Pytanie nr: 19**

**Pakiet 4, pozycja 16** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku z folii PU, wzmocnionego włókniną, z wycięciem, bez dodatkowych pasków, klej akrylowy, z taśmą do opisu, rozmiar 5,8 x 8 cm?



**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 20**

**Pakiet 4, pozycja 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw typu papierowo-foliowy?

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otw. przylepnym 6cm x 8cm
- 4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock
- 1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm
- 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
- 1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 21**

**Pakiet 4, pozycja 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia o składzie:

- 10 x tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm
  - 10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm
  - 1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm
  - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
  - 1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml
  - 1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml
  - 1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa
  - 1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona
  - 1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm
  - 1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane
  - 1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)
  - 1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m2 foliowo-bibułowa
  - 1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m2 foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm
- Opakowanie - twardy blister dwukomorowy (pojemność 300ml + 290ml) + 2 samoprzylepne etykiety?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 22**

**Pakiet 4, pozycja 18** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy, z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 23**

**Pakiet 4, pozycja 18** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw typu papierowo-foliowy?

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer
- 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 24**

**Pakiet 4, pozycja 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock
- 1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 30)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm przezroczysty?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 25**

**Pakiet 4, pozycja 17, 18, 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych do transportu w karton?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 26**

**Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 27**

**Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 28**

**Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli w kolorze granatowym?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 29**

**Pakiet 5, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o szerokości 58cm?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 30**

**Pakiet 5, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu dwuwarstwowego - celuloza 23g + folia 14g?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 31**

**Pakiet 5, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w kolorze białym?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 32**

**Pakiet 5, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w kolorze zielonym?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 33**

**Pakiet 5, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu składającego się z dwóch warstw celulozy 2x18g i folii 0,15-0,17mm?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 34**

**Pakiet 5, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 35**

**Pakiet 5, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania w kolorze niebieskim?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 36**

**Pakiet 5, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 37**

**Pakiet 5, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania z buzą posiadającą 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 38**

**Pakiet 5, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania ze spodniami zawiązywanymi na troki?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 39**

**Pakiet 5, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści : Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m<sup>2</sup>. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Wkład chłonny o gramaturze 125g /m<sup>2</sup>. Waga produktu 120g?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 40**

**Pakiet 5, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, 80x210, chłonność 140ml, wzmocnione wzdłuż nitkami (90% bawełna i 10% poliestrowe włókna syntetyczne), w kolorze niebieskim, bibułka 23g/m<sup>2</sup>, folia 17g/m<sup>2</sup>?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 41**

**Pakiet 5, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści : Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m<sup>2</sup>. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Wkład chłonny o gramaturze 125g /m<sup>2</sup>. Waga produktu 120g. Pakowane po 56szt?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 42**

**Pakiet 5, pozycja 9-10** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 43**

**Pakiet 5, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści koc wykonany z zewnętrznej warstwy włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup> + wypełnienie z miękkiej włókniny poliestrowej o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 110 x 210cm?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 44**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującymi różnicami:

1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm **30/10,00 CH/mm** 300 cm

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja **30 x 32 cm** PE

1 x strzykawka do płukania ran **100 ml**

1 x folia operacyjna Nobafilm **80 x 54 cm (80 x 60 cm)**

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 45**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże **dodatkowo z:** 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 46**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującymi różnicami:

1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer 28/9,33 CH/mm **30/10,00 CH/mm** 300 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 47**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującą różnicą: 1 x serweta dla noworodka **87 x 90 cm**

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 48**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującymi różnicami:

1 x fartuch standard w rozmiarze **L** – zamiast M

4 x tufery z gazy w rozmiarze **24 x 24 cm**, 20 nitek

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 49**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującymi różnicami:

1 x fartuch standard w rozmiarze **L** – zamiast M

1 x serweta narzędziowa w rozmiarze: **150 x 240 cm**

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 50**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 13**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującą różnicą:

1 x igła iniekcyjna 21G, 0,80 x **40 mm**

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 51**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 15**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z serwetą główną w rozmiarze 200/**280** x 150 cm

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr:52**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 16**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże **dotatkowo z:**

4 x Pagasling tupfer z gazy No. 5 extralarge 48x24 cm 20 nitok

1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty

1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 53**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 17**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z **niewzmocnioną** serwetą główną?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 54**

**Zadanie nr 2 – pakiet nr 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z fartuchami o gramaturze **min. 35 g/m<sup>2</sup>**?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 55**

**Zadania nr 2 i 4 – wymogi pod pakietami**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wzmocnionych o chłonności w miejscu wzmocnienia **min. 380 ml/m<sup>2</sup>**?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 56**

**Zadanie nr 4 – pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania celulozowych podkładów zakwalifikowanych jak **wyrób higieniczny - niemedyczny**?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 57**

**Zadanie nr 4 – pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojemników plastikowych zakwalifikowanych jak **wyrób użytkowy - niemedyczny**?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 58**

**Zadanie nr 4 – pakiet nr 17**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z imadłem o długości **14 cm**?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 59**

**Zadanie nr 4 – pakiet nr 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego SWZ jednakże z następującymi różnicami:

1 x igła iniekcyjna **0,70 x 30 mm**

5 x tufery do mycia pola

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr: 60**

**Projekt umowy**

Prosimy o odstąpienie od możliwości zakupów interwencyjnych i zmianę § 3 ust. 6 na poniższy:

*W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 61**

**Zadanie 4, poz. 12-15**

Czy zamawiający wydzieli poz.12-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 62**

**Zadanie 5, poz. 4,11**

Czy zamawiający wydzieli poz.4,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 63**

**Zadanie 5, poz. 4**

- *Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?*
- *Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:*



- *Mankiet 5 cm*
- *Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)*
- *Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko*
- *Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm*

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
Krystyna Nowak