

Odp-1

DZP-271-14/23

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, ogłoszonego w BZP nr: 2023/BZP 00182401 z dnia 19.04.2023 r. na dostawę „**Urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych, wyrobów ortopedycznych, środków dezynfekcyjnych**”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

Pytanie nr:1

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Napęd ortopedyczny dużej mocy. Lekka, modułarna rękojeść wykonana z materiału PEEK, waga 950g, zatraskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi, silnik nie wymaga konserwacji i smarowania, akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu, napęd kaniulowany 4mm, prędkość maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. (uzależniona od zastosowanej nasadki), metody sterylizacji – autoklaw 134 stopnie (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut). Możliwość rozbudowy napędu z nasadkami typu: piła oscylacyjna, piła oscylacyjna MIS, piła posuwisto-zwrotna, mikropiła do małych procedur ortopedycznych, sternotom. Brak możliwości otwarcia obudowy akumulatora po podłączeniu do napędu - mechanizm zapobiegający wypadnięciu akumulatora podczas pracy napędu. Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie). Napęd nie wymaga konserwacji i smarowania. Współpraca napędu z 20 różnymi nasadkami typu: AO, AO/Trinkle, Trinkle, Harris, Zimmer/Hudson.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:2

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Nasadka piły sagitalnej – minimalne cięcia inwazyjne. Silnik o mocy 150W. Oscylacje regulowane w zakresie min od 0 do 13000 oscylacji/min przy pomocy przycisku na rękojeści poprzez płynną zmianę siły nacisku. Głowica obrotowa 360°. Ostrza mocowane systemem zapadkowym z blokadą. Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. Wychylenie ostrza 4,4 stopnia.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:3

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 3 produkt o następujących parametrach:

Nasadka wiertarki Jacobs, zakres 0 - 6,5 mm z kluczykiem, kaniulacja 4,1mm, obroty 0-950 obr./min.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:4

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Nasadka wolnoobrotowa typu Zimmer / Hudson, kaniulacja 4,1mm, obroty 0-200 obr./min.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:5

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 5 produkt o następujących parametrach:

Ładowarka do akumulatorów li-ion:

- Na cztery stanowiska z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce.
- Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii.
- Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów, średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów.
- Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora.
- Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu.
- Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W.

Dodatkowym elementem niezbędnym do pracy w/w ładowarki, jest uniwersalna przejściówka, dedykowana do akumulatorów serii AR-300/600 – posiadająca odrębny numer katalogowy.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:6

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 6 produkt o następujących parametrach: Akumulator niesterylny Li-Ion, napięcie 10,8V, pojemność 2,2Ah, waga 250g.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:7

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 7 produkt o następujących parametrach: Obudowa akumulatora.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:8

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zadaniu nr 1 pozycja 8 produkt o następujących parametrach: Kontener sterylizacyjny z pokrywą dedykowany do napędów z miejscami do przechowywania poszczególnych elementów zestawu.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:9

Dotyczy Formularza oferty szczegółowej - Opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w zadaniu nr 1 kontenera sterylizacyjnego – punkt 8 oraz tacy wewnętrznej - punkt 9 jako jedną pozycję, z uwagi na to, że u Wykonawcy w/w punkty stanowią integralną całość (posiadają jeden numer katalogowy)?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:10

Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy - dotyczy zadania nr 1, zał. nr 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formie pdf. na wskazany przez siebie adres e-mail?

Odp: Opis sposobu przesyłania faktur elektronicznych zawiera zapis § 3 ust.5 wzoru umowy (Załącznik nr:4a do SWZ). Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie skanu faktury na adres poczty e-mail zaopatrzeniei@spzoz-brzesko.pl, a następnie oryginału pocztą tradycyjną.

Pytanie nr: 11

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp: Opis sposobu przesyłania faktur elektronicznych zawiera zapis § 6 ust.4 wzoru umowy (Załącznik nr:4 do SWZ). Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie skanu faktury na adres poczty e-mail zaopatrzeniei@spzoz-brzesko.pl, a następnie oryginału pocztą tradycyjną.

Pytanie nr: 12

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §6 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie nr: 13

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczać kary umowne:
- 2) w przypadku nieterminowej dostawy produktów, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych w terminie produktów za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych w terminie produktów;**
- 3) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji lub wymianę wadliwych produktów, na produkty lecznicze wolne od wad, w wysokości 0,5% wartości brutto zakwestionowanych produktów, za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zakwestionowanych produktów.**

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Krystyna Nowak